



Poznań 07.06.2019r.

## 1. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SOWUZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zakup Aparatu do znieczulenia, aparatu EKG i Respiratora w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn.: Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - etap II, postępowanie CMHCP/1/05/2019, Zamawiający otrzymał następujące zapytania do Szczegółowego Opisu Warunków Udzielenia Zamówienia, na które poniżej odpowiada.

### PYTANIA DO SOWUZ – ZAŁĄCZNIK NR 3 – „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatów podemonstarcyjnych, których rok produkcji jest zgodny z wymogami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1 do SOWUZ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zaoferowanie aparatów podemonstarcyjnych, których rok produkcji jest zgodny z wymogami Zamawiającego opisanymi w Załączniku nr 1 do SOWUZ.

### PYTANIA DO SOWUZ – ZAŁĄCZNIK NR 3 – „WZÓR UMOWY”

2. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację zapisu umowy: „W przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w terminie 24 godzin od zgłoszenia awarii (przyjazd na wezwanie lub zdalna diagnostyka i naprawa) w dniu roboczym. Zgłoszenie awarii przez Zamawiającego nastąpi pisemnie, e-mailem, faksem lub telefonicznie.”

#### Odpowiedź:

Zamawiający oświadcza, że podtrzymuje zapisy Umowy w § 4 ust. 3. Zamawiający świadczy usługi medyczne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w związku z powyższym wymaga by Wykonawca przystąpił do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

3. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przewidziany na naprawę wynosił 5 dni roboczych od przystąpienia do usunięcia awarii, zaś w przypadku, gdy do dokonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE – 7 dni roboczych.



**Odpowiedź:**

Zamawiający oświadcza, że podtrzymuje zapisy Umowy w § 4 ust. 6. Zamawiający świadczy usługi medyczne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w związku z powyższym wymaga by Wykonawca zobowiązał się do dokonania naprawy nie później niż w ciągu 5 dni od przystąpienia do usunięcia awarii, a w przypadku, gdy do dokonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE – czas naprawy wydłuża się automatycznie do 7 dni.

4. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 7:** Prosimy o wyrażenie zgody, aby w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE, termin na dokonanie wymiany podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej awarii określonego podzespołu wynosił 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oświadcza, że podtrzymuje zapisy Umowy w § 4 ust. 7. Zamawiający świadczy usługi medyczne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w związku z powyższym wymaga by Wykonawca zagwarantował, że trzykrotna naprawa jednej części w okresie gwarancji spowoduje wymianę elementu na nowy w przypadku jego kolejnej awarii, oraz zagwarantował, że dokona wymiany, o jakiej w powyższym zdaniu, w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż 5 dni od zgłoszenia awarii. W przypadku, gdy do dokonania wymiany podzespołu na nowy, konieczny jest jego import spoza UE – czas wymiany wydłuża się automatycznie do 7 dni.

5. **Dotyczy wzoru umowy § 4 ust. 8:** Urządzenia będące przedmiotem umowy są zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 4 ust. 8 ze wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oświadcza, że podtrzymuje zapis Umowy w § 4 ust. 8. W przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii jednego elementu, której usunięcie za każdym razem wymaga wymiany głównych podzespołów urządzenia, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wymienił wadliwe urządzenie na nowe o nie gorszych parametrach.

6. **Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 10:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na wezwanie Wykonawca przedłożył Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią Polisy OC, odpowiadającą przedstawionym w niniejszej Umowie warunkom, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią dowodu opłacenia składki?



**Odpowiedź:**

Zamawiający oświadcza, że modyfikuje zapisy SOWUZ w załączniku nr 3 w § 2 pkt 10 w następujący sposób:

***Wykonawca na wezwanie zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy kserokopię Umowy ubezpieczenia lub Polisy OC, odpowiadającej przedstawionym w niniejszej Umowie warunkom, wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem w taki sam sposób kserokopią dowodu opłacenia składki oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.***

**V-CE PREZES ZARZĄDU**

*dr n. med. Joanna Bierta*